

## Zertifikat für Serafol®-Produkte

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM  
NACH DIN EN ISO 9001 UND DIN EN ISO 13485

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321  
13088 Berlin, Germany

T: +49 30 700 144-0  
F: +49 30 700 144-30  
info@sifin.de  
www.sifin.de

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>Produkt</b>       | <b>Serafol® AB0+D</b>   |                         |
| <b>Charge</b>        | <b>5490723</b>  |                         |
| Lagertemperatur      | 2...25 °C   |                         |
| <b>Verfallsdatum</b> | <b>30.06.2025</b>   |                         |
| Materialien          | <b>Reagenzien</b>   | <b>Klon-Bezeichnung</b> |
|                      | Anti-A monoklonal   | A003                    |
|                      | Anti-B monoklonal   | B005                    |
|                      | Anti-D monoklonal   | BS226                   |
|                      | Serafol® sind Karten mit angetrockneten spezifischen monoklonalen Reagenzien. |                         |
| Konservierung        | <0,1 % NaN <sub>3</sub>   |                         |
| Hersteller           | sifin diagnostics gmbh, Berlin, Deutschland                                   |                         |
| Vertrieb             | Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, Dreieich, Deutschland                       |                         |

Die sifin diagnostics gmbh wird von der Benannten Stelle 0483 und dem Paul-Ehrlich-Institut überwacht.

Bei allen monoklonalen Reagenzien ist durch die biotechnologische Herstellung das Risiko einer Kontamination durch infektiöse Krankheitserreger nahezu ausgeschlossen.

Angemessene Sicherheitsvorkehrungen sind einzuhalten.



Johner Medical Schweiz GmbH  
Tafelstattstrasse 13a, 6415 Arth, Schweiz



Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23, 1785 Cressier FR, Schweiz

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
Die Chargenfreigabe erfolgte gemäß SOP QMV 7.