



# Certificate

<b>Product / Produkt:</b>	<b>Solidscreen II-Control</b>	<b>REF</b>	806514100
<b>Intended Use/ Verwendungszweck:</b>	Positive control for the solid phase antiglobulintest Solidscreen II Strip and Solidscreen II. Positivkontrolle für den Festphasen- Antiglobulintest Solidscreen II Strip und Solidscreen II.	<b>LOT</b>	9324100-00
			2025-02-05
			2 ... 8 °C

- **Specifications / Spezifikationen**

**Clone:** BS221 (IgG) human monoclonal / Human monoklonal

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**

- For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
- Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.

- **Analytic Results, Quality Control / Analysenergebnisse, Qualitätskontrolle:**

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

- **Regulation / Regularien:**

- -DIN EN ISO 13485
- -MDSAP
- -FDA 21 CFR Part 820, 809, 600
- -Recommended Methods for Blood Grouping Reagents Evaluation, Docket No.84S-0181, March 1992

***This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /***

***Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00***