Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3428011-00
⌛	2024-09-09

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

			Rh-hr						Kell						Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**		Test Results Ergebnisse				
	Donor-No.	Rh-Typ	D	C	E	c	e	C^w	K	k	Kp^a	Kp^b	Js^a	Js^b	Fy^a	Fy^b	Lu^a	Lu^b	Jk^a	Jk^b	M	N	S	s	Le^a	Le^b	P_1	Xg^a	Co^a	Co^b	Di^a	Di^b							
1	104963	$R_1^wR_1$	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt		1					
2	101272	R_2R_2	+	o	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	o	o	+	+	+	+	+	+	o	o	+	+	+	+	o	o	nt		2					
3	104906	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	+	o	o	+	nt	nt	nt	nt		3					
	Autocontrol																																Autocontrol						

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C^w	E, K, Co^a	Lu^a, Le^a	D, Jk^a, M, S, Le^b, P_1	e, Fy^b, s	c, Js^b, Fy^a, Jk^b, N	k, Kp^b, Lu^b, Xg^a

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+ = positive / positiv 0 = negative / negativ nt = not tested / nicht getestet w = weak / schwach s = strong / stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

BIO-RAD

CE 0197

Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3428011-00
⌛	2024-09-09